FICHE TECHNIQUE

Brosse pour prélèvement microbiologique Avec ciseaux stériles

LATEX

STERILE | EO

2

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Brosse de prélèvement microbiologique avec ciseau stérile

Brosse pour prélèvement microbiologique – double gaine, destinée au prélèvement bronchique protégé au travers d'un fibroscope.

L'extrémité arrondie évite tout risque de traumatisme lors de la manipulation.



Position de brossage.



Position de sortie de la gaine intérieure.

Références	CATHETER		Diamètre de la brosse	Diamètre du canal opérateur
	Longueur utile A	Diamètre B		
VT/9201	90 cm	1,8 mm	1 mm	2 mm minimum

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **10**
Type d'emballage individuel : **Pochette pelable – Double emballage pelable transparent**
Type d'ensemble conditionnement : **Pochette de regroupement**

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :

Gaine :	PTFE
Tige métal :	Inox416L
Brosse :	Fil nylon
Canule :	Inox
Poignée :	Lexan
Bouchon :	Polyéthylène glycol
Fixation :	Collage extérieur loctyte

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	❑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	❑Non

Stérilité :

Stérile :	☑Oui	❑Non
Mode de stérilisation :	Oxyde d'Ethylène	
Nombre d'utilisations :	Usage Unique	

Conservation :

Conditions de conservation: Conserver dans l'emballage d'origine – Ne pas écraser
Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Classement GMDN : XXXXX
Présence d'un code barre : ❑Oui ☑Non
Référentiel utilisé : ❑HIBC ❑GS1-128
Avec les informations :
Référence : ❑Oui ☑Non
N° de lot : ❑Oui ☑Non
Date de péremption : ❑Oui ☑Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant :

Fabricant :	Ventimed
Pays :	France

Marquage CE

Marquage CE accordé par EZU, N° d'organisme : 1014
Selon la directive Européenne 93/42/CEE amandée par la 2007/47/CEE– Annexe II.3
Produit de classe II a